บทคัดย่อ

T 148899

วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาผลของกล้ามเนื้ออ่อนล้าในระหว่างที่มีการหดตัว
แบบไดนามิก โดยใช้เทคนิคของความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับความถี่ โดยที่ผู้ถูกทดสอบจะนั่งใน
ท่าสบายและทำการยกตุ้มน้ำหนัก โดยให้แขนยกขึ้นลงด้วยมุม 90 องสา ทำติดต่อกันโดยไม่มีการ
หยุคพัก จนกระทั่งผู้ถูกทดสอบเริ่มรู้สึกอ่อนล้าจึงหยุด ซึ่งในการวิจัยนี้จะติดอิเล็กโตรดที่ผิวหนัง
(Surface electrode) ตรงส่วนของกล้ามเนื้อไบเซ็ทเบคลิอาย (Biceps brachii) ทั้งแขนขวาและแขน
ซ้าย ต่อจากนั้นจึงนำเทคนิกการกำนวณของ เวฟเล็ททรานสฟอร์ม มากำนวณวิเกราะห์ข้อมูลที่ 0
นาที, 1 นาที และ ที่ 2 นาที ตามลำดับ ผลปรากฎว่ากล้ามเนื้อไบเซ็ท เบคลิอาย ของแขนซ้ายจะเริ่ม
อ่อนล้าได้เร็วกว่าแขนขวา ดังนั้นการใช้เวฟเล็ททรานสฟอร์มมาวิเกราะห์การเปลี่ยนแปลงของ
ความถี่กับฟังก์ชั่นเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยวัดการเริ่มความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อในระหว่างที่มี
การหดตัวแบบโดนามิคได้

ABSTRACT

TE 148899

The objective of this research work was to study the muscle fatigue during dynamic contractions by time – frequency transformation. The subjects were seated comfortably and lifted the weight up and down with elbow flexion for 90 degree continuously until fatigue. Surface electrodes of EMG were placed on the biceps brachii muscle of left and right arms. Wavelet transform was used for analyzing the collected data at 0 minute, 1 minute and 2 minutes, respectively. The results showed that the biceps brachii of the left hand side was fatigued faster than that of the right hand side. Therefore, the use of the wavelet transform to analyze the frequency variation as a function of the time is important for measurement of the occurrence of the fatigue muscle during dynamic contractions.